

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском
районе**

309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Тимирязева, 109 «а»
Тел.: 8(47236) 3-24-86, E-mail: Valuiki@31.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

204/152 от 01.03.2021 г.

При обследовании объекта: Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, пл. Красная, 37 рассмотрении представленных документов: акта 152 от 01.03.2021 г. выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. При проверке журнала учета показаний гигрометра в складском помещении пищеблока Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, ул. Красная площадь, 37) установлено, что не соблюдался влажностный режим хранения сыпучих продуктов. Так производителя макаронных изделий, крупы манной, крупы гречневой, пшеницы установлен режим хранения данной продукции при влажности не более 70%. Согласно данных журнала учета показаний гигрометра относительная влажность, зарегистрированная в журнале в феврале 2021 году составляла от 71-74 %, что не соответствует установленным производителями параметрам и является нарушением требований п.7, статьи 17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880). Кроме того не осуществлялся контроль за условиями хранения сахара белого кристаллического, чая листового среднего, чая черного «COLD» (при установленных производителем параметрах температуры и влажности), т.к. в складском помещении, где хранились данные продукты, отсутствовал специальный прибор для определения температуры и влажности воздуха, что п.7, статьи 17 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

2. Не обеспечено соблюдения требований направленных на разрыв механизма передачи вирусных заболеваний в т.ч. новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, т.к. не соблюдается мера соблюдения социального дистанцирования - за одним столом (размером 1м² на 1м²) принимают пищу одновременно 3-е проживающих, что недопустимо и является нарушением требований п.4.4 СП 3/1/3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Нарушены требования, предъявляемые к мытью столовой и кухонной посуды, т.к. мытье столовой посуды осуществляется вместе с кухонной посудой и подносами (в

наличии 2 ванны, что недостаточно) и не соответствует требованиям п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

4. В помещениях: перевязочном кабинете, кабинете старшей медицинской сестры, процедурном кабинете, прачечной, бане, расположенных по адресу п. Уразово, пл. Красная, 37, поверхности стен и потолков имеют дефекты и повреждения, что противоречит требованиям п. 2.7, п. 8.3.5, 8.5.5 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

5. Внутренняя отделка изолятора и процедурного кабинета отделения милосердия, расположенного по адресу п. Уразово, ул. Курченко, 291 а, оклеены бумажными обоями, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 19 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

предлагаю:

1. Приобрести в необходимом количестве специальные приборы для контроля температурно- влажностного режима в складских помещениях, обеспечить соблюдение условий хранения пищевых продуктов в складе в соответствии с требованием требований п.7, статьи 17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880).

Срок исполнения до 25.03.2021 года и постоянно.

2. Обеспечить соблюдения требований направленных на разрыв механизма передачи вирусных заболеваний в т.ч. новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, организовать прием пищи проживающих (Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, ул. Курячего, 291-а) с соблюдением мер социального дистанцирования согласно требований п.4.4 СП 3/1/3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID -19)- приобрести и установить дополнительно обеденные столы.

Срок исполнения до 25.03.2021 года.

3. Проводить отдельно мытье столовой посуды и кухонной посуды с подносами, согласно требований п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», установить дополнительно моечные ванны.

Срок исполнения до 25.03.2021 года.

4. Устранить дефекты и повреждения поверхностей стен и потолков в помещениях: перевязочном кабинете, кабинете старшей медицинской сестры, процедурном кабинете, прачечной, бане, расположенных по адресу п. Уразово, пл. Красная, 37, выполнив внутреннюю отделку стен и потолков из материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств, согласно требованиям п. 2.7, п. 8.3.5,

8.5.5 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Срок исполнения до 31.12.2021 г.

5. Выполнить внутреннюю отделку стен изолятора и процедурного кабинета отделения милосердия, расположенного по адресу п. Уразово, ул. Курченко, 291 а, материалами позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно п. 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Срок исполнения до 31.12.2021 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на директора ГБУСОССЗН «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Яровенко В. Ю.


О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

Белгородская область, г. Валуйки, ул. Д.Бедного, 11 согласно установленных сроков
(адрес и срок представления сообщения)

Ведущий специалист-
эксперт
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора в
Валуйском районе

Останкова Тамара Викторовна

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском районе



Рындина Екатерина Юрьевна

Предписание получил

Зам. директора Яровенко В. Ю.

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

01.03.2022.